

試験結果報告書

大塚化学株式会社 受

〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号
協賛 日本塗料株式会社



No. 036783

[硫黄侵入深さ分析条件]

試験体の処理方法 : 金蒸着
加速電圧 : 15 kV
照射電流 : 100 nA
電子ビーム径 : 2 μ m
サンプリング時間 : 50 ms
データポイント : 512 \times 512
測定機 : EPMA1600 株式会社 島津製作所製